

参与论证专家联系表

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话
专家1	蔡明明	工程师	开封技师学院	15890916395
专家2	李舒博	工程师	河南三联科技工程有限公司	13592128168
专家3	何明	工程师	河南宏建公司	15810981570
专家4	柴淑慧	工程师	河南万维科技公司	15537870923
专家5	马庆	律师	河南开封市顺法律所	15225190058

备注：凡是进口设备论证，专家组由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为熟悉该产品的专家，所有专家均应当为非本单位专家。采购人代表不得作为专家组成员参与论证。

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述:	
<p>开封眼病医院作为专科医院复杂病例多,设备使用频率高,需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下,具有较高的稳定性,术中的中文语音系统提示,脚踏无线连接模式,断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展,减少手术时间,并发症。</p>	
三、专家论证意见	
<p>专家姓名: 朱淑慧 工作单位: 河南万维科技开发有限公司 职称: 工程师</p> <p>论证意见: 眼病医院作为专科医院,专科医院复杂病例多。目前,国产模型无法产品质量、功能,还是成熟度均不能满足采购要求,需购买同类进口产品才能实现上述需求。</p> <p style="text-align: right;">专家签字: 朱淑慧 2025年8月13日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见书

一、基本情况	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述：	
<p>开封眼病医院作为专科医院复杂病例多，设备使用频率高，需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下，具有较高的稳定性，术中的中文语音系统提示，脚踏无线连接模式，断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展，减少手术时间，并发症。</p>	
三、专家论证意见	
<p>专家姓名：<u>蔡明明</u> 工作单位：<u>开封技师学院</u> 职称：<u>工程师</u></p> <p>论证意见：<u>上述申请理由属实，国内产品性能及技术参数无法满足医院需求，建议该设备允许采购进口产品</u></p>	
<p>专家签字：<u>蔡明明</u></p> <p>2025 年 8 月 13 日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述:	
<p>开封眼病医院作为专科医院复杂病例多,设备使用频率高,需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下,具有较高的稳定性,术中的中文语音系统提示,脚踏无线连接模式,断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展,减少手术时间,并发症。</p>	
三、专家论证意见	
<p>专家姓名: <i>孙明</i> 工作单位: <i>河南建设设计</i> 职称: <i>工程师</i></p> <p>论证意见:</p> <p style="text-align: center;"><i>进口品牌相比国产品牌具有稳定性和可靠性,且技术产品质量优,使用寿命长,故障率低,同意采购进口品牌。</i></p> <p style="text-align: right;">专家签字: <i>孙明</i></p> <p style="text-align: right;">2025年8月13日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述: 开封眼病医院作为专科医院复杂病例多,设备使用频率高,需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下,具有较高的稳定性,术中的中文语音系统提示,脚踏无线连接模式,断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展,减少手术时间,并发症。	
三、专家论证意见	
专家姓名: 马欣	工作单位: 开封市为民法律服务所 职称: 律师
论证意见:	采购该设备符合我国相关法规政策规定,属于非限制进口仪器,符合国家政策规定。
专家签字:	
	2025 年 6 月 13 日

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	开封市中心医院
拟采购产品名称	白内障超声乳化仪
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院眼一病区白内障超声乳化仪项目
采购项目所属项目金额	45 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述：	
<p>开封眼病医院作为专科医院复杂病例多，设备使用频率高，需要稳定性强的手术设备。进口设备其连续使用长时间操作的情况下，具有较高的稳定性，术中的中文语音系统提示，脚踏无线连接模式，断电情况下激活的气动切断阀等功能。能够保障手术安全开展，减少手术时间，并发症。</p>	
三、专家论证意见	
<p>专家姓名：<u>李智博</u> 工作单位：<u>河南三联科技职业学院</u> 职称：<u>工程师</u></p>	
论证意见：	
<p>随着医学研究的不断发展，目前国产设备不能满足临床教学任务，进口设备其技术先进，性能，质量以及使用寿命、性价比较高且售后服务体系完善。因此，建议采购进口产品。</p>	
专家签字： <u>李智博</u>	
2015年 8月13 日	